

GERONTOLOŠKI CENTAR

J A G O D I N A

Broj: 5121

Datum: 23.11.16

„ENGEL“ D.O.O. NOVI SAD

PREDMET: ODGOVOR NA ZAHTEV ZA POJAŠNJENJE OD 22.11.2016. GODINE U  
POSTUPKU JAVNE NABAVKE JNMV – 21/16 U PARTIJI 2.

Poštovani,

Dana 22.11.2016. godine ste nam u postupku javne nabavke dobara male vrednosti – medicinske opreme, po partijama, br. JNMV – 21/16, poslali zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku, i to za Partiju 2 – EKG APARAT, u kome ste zahtevali da vam potvrdimo da se data specifikacija odnosi na 12-kanalni EKG.

Potvrđujemo da smo zahtevali isporuku EKG aparata, 1 komad, i to 12-to kanalnog EKG aparata. Naručilac je u interesu maksimalno moguće konkurencije postavio u tom pogledu samo 3 suštinska zahteva, kao funkcionalno minimalna, koje taj aparat mora da zadovolji prema zahtevima određenih funkcija opredeljenih od strane nadležne službe, a to su:

- 1) da je uređaj prenosiv (odnosno da može da se upotrebljava i u ambulantni odnosno ordinaciji lekara, a i u sobama korisnika koji su nepokretni), te da u tom smislu ima mogućnost i mrežnog i baterijskog napajanja sa minimumom od 3 h autonomnog rada;
- 2) da ima mogućnost istovremenog prikaza svih 12 odvoda na ekranu u realnom vremenu;
- 3) da ima mogućnost štampe snimaka svih 12 odvoda istovremeno, i to na osnovu procene lekara da li su neophodna 3, 6 ili svih 12 odvoda i to na integrisanom štampaču (ne posebnom uređaju);

Detaljnije tehničke karakteristike (izgled, dimenzije, snagu, vrstu i veličinu ekrana i njegov tip, i posedovanje interne memorije određenog kapaciteta, druge dodatne funkcije) naručilac nije opredeljivao iz razloga što mu u odnosu na primarne potrebe i zahteve funkcionalnosti nisu prioritetne, a ne želeći da bilo kog proizvođača ili prometnika na taj način ili favorizuje ili diskriminiše.

Radi upoznavanja potencijalnih ponuđača sa potrebama naručioca, koje nisu toliko sofisticirane i zahtevne u odnosu na druge moguće naručioce, isti je dao i informaciju i da se zahteva isporuka aparata namenjenog za ambulantne potrebe, a ne za upotrebu na specijalizovanim odeljenjima klinika ili bolnica. U tom smislu je i objavio procenjenu vrednost javne nabavke, a u slučaju da sve ponude budu preko procenjene vrednosti javne nabavke naručilac može, ukoliko se za to steknu mogućnosti, postupiti i u skladu sa čl. 107. st. 4. Zakona o javnim nabavkama.

U nadi da smo i Vama a i ostalim zainteresovanim licima u dovoljnoj meri razjasnili situaciju u predmetnom postupku,

s punim poštovanjem,

ZA KOMISIJU:

predsednik

Nikodijević Zoran, dipl. pravnik





Gerontološki centar Jagodina <gcjagodinajavnabavka@gmail.com>

**'Додатна појашњења за јавну набавку ЈНМВ-21/16– Понуда за јавну набавку добара – медицинска опрема – ЈНМВ 21/16, за партију бр2  
1 порука**

Vesna Puškaš <pravna.sluzba@engel.rs>  
Коме: gcjagodinajavnabavka@gmail.com

22. новембар 2016. 08.34

Poštovani,

Molimo naručioca da nam potvrdi da se data specifikacija u partiji 2 odnosi na 12- kanalni EKG.

Srdačno,

Molimo potvrdite prijem meila.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР  
ЈАГОДИНА

ПРИМЉЕНО:		22.11.16	
Орг. је.	Број	Прилог	Вредност
	5077		